政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第一人民医院
拟采购产品名称	便携式床旁用超声诊断仪、超声诊断仪（便携）
拟采购产品金额	188 万元
采购项目所属项目名称	郑州市第一人民医院 2026 年度超声医学科设备采购项目
采购项目所属项目金额	188 万元
二、申请理由	
□1. 中国境内无法获取：	
□2. 无法以合理的商业条件获取：	
☑3. 其他。	
原因阐述： 便携式床旁用超声诊断仪、超声诊断仪（便携）是重症监护、急诊、麻醉等科室床旁快速评估的核心影像设备，进口产品在探头灵敏度、实时成像帧率、多模态融合（如弹性成像、造影）、AI 辅助诊断功能及整机便携性与电池续航方面技术成熟，国产同类产品在这些关键性能上尚存差距，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
采购人所采购的便携式床旁超声诊断仪用于重症监护、急救、麻醉等科室危重患者快速评估病情，技术要求支持实时扫描、心脏检查兼容高重复频率探头同时显示心脏心肌及ECG显示；支持自动左心室收缩功能测量；组织成像包括组织速度、组织能量、组织跟踪和组织M型等多维新成像模式；可自动计算组织容积/容量内中膜厚度和面积、可显示彩色和脉冲等频谱。目前国内多台在录次数、实时帧率多模态融合和AI辅助功能与进口产品相比大差距，无法满足采购人临床诊断需求。同意采购进口产品。 专家签字： 2026年 9 月 10 日	

目前国产设备单晶相控阵低频下阵偏高，无法满足1.2MHz深部穿透需求，同时成像细节分辨率与进口产品存在一定的差距，不能完全满足采购人的需求，同意采购进口产品。

专家签字：吴

2026年 9月 10日

国产产品的清晰度、景深、相控阵等方面的性能较进口产品仍有一定差距，且该产品不在限制国家内。同此同意采购进口产品接受进口产品参与竞争。

专家签字：高智利

2026年 9月 10日

同意采购进口产品的功能完整性、设备稳定性以及图像清晰度等问题，相较于国产产品有明显优势，能够满足检测要求，同意采购进口产品。

专家签字：王晋

2026年 9月 10日

拟进口设备不属于《中国禁止进口、限制进口类技术目录》中的限制、禁止进口产品，不违背国家法律及《政府采购进口产品管理办法》等相关规定，经会议专家论证意见，允许进口相关法律规定同意采购进口产品。

专家签字：王光明

2026年 9月 10日