

高频治疗仪设备功能、技术参数

一、主要功能要求：应用于医疗美容科、皮肤科等专业：

- 1、【紧肤】根本解决皮肤松弛、下垂；
- 2、【纤体】针对身体不满意的部位进行形体雕塑以及达到多余脂肪的消减，同时去除橘皮组织；
- 3、【瘦脸】提升面部轮廓，消除多余脂肪；
- 4、【抗衰】皮肤胶原蛋白新生，使皮肤紧实，更有光泽、弹性。

二、设备技术参数

- 1、*大于 8 寸高分辨率智能彩色触摸屏，易于操作；
- 2、*免费与 PC 和医院电脑网路互联并及时升级软件；
- 3、*具有音量调节，显示屏颜色和亮度设置，屏保、自动关机功能；
- 4、功率： $\geq 400W$ ；
- 5、*探头：占空比 20-100%，步进 1%；
- 6、*探头：冷却温度 10-30 度；
- 7、输出方式：单极射频+线性超声同时输出；
- 8、脉冲频率：75Hz；
- 9、面部治疗探头：最大功率 $\geq 110W$ ，可调档位 ≥ 90 ；具有超声和射频技术。

三、配置要求

- 1、主机一台；
- 2、面部治疗头；
- 3、治疗头支架；
- 4、2 瓶矿物油；
- 5、2 瓶凝胶；
- 6、一盒负极板（25 片）；
- 7、一根电源线；
- 8、用户手册。