

| 政府采购进口产品专家论证意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 浚县人民医院         |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 肺功能仪系统         |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82.66 万元       |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 浚县人民医院肺功能仪采购项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82.66 万元       |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <p>原因阐述:我县人口众多，其中肺部疾病较多，发病率逐年增高，我院现有设备不能满足检查。为了进一步对肺部疾病做出更准确的检查诊断故我院拟购买一台肺功能测试系统用来测试肺的通气功能，舒张功能，激发试验，气道阻力，肺顺应性。</p> <p>1、进口产品在肺功能领域发展较早，较为成熟。进口设备采用压差式技术传感器，检测结果精确度高，重复性好，并且有效防止交叉感染，传感器质量好，质优耐用，寿命长。</p> <p>2、国产品牌肺功能测试系统因技术、专利等方面原因，均不具备内呼吸法弥散、连续多频脉冲震荡，体积描积箱等检测技术及模块，后期无法开展更深入的肺功能检测项目；</p> <p>3、省内大部分医疗机构均采用的肺功能检测系统均为进口产品。</p> |                |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <p>国内产品无法满足需求，拟采购产品不是国家禁止进口的产品，同意采购进口产品。</p> <p>专家签字: 刘建朝</p> <p>2024 年 11 月 13 日</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                |