

政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	浚县人民医院
拟采购产品名称	肺功能仪系统
拟采购产品金额	82.66 万元
采购项目所属项目名称	浚县人民医院肺功能仪采购项目
采购项目所属项目金额	82.66 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述:我县人口众多，其中肺部疾病较多，发病率逐年增高，我院现有设备不能满足检查。为了进一步对肺部疾病做出更准确的检查诊断故我院拟购买一台肺功能测试系统用来测试肺的通气功能，舒张功能，激发试验，气道阻力，肺顺应性。 1、进口产品在肺功能领域发展较早，较为成熟。进口设备采用压差式技术传感器，检测结果精确度高，重复性好，并且有效防止交叉感染，传感器质量好，质优耐用，寿命长。 2、国产品牌肺功能测试系统因技术、专利等方面原因，均不具备内呼吸法弥散、连续多频脉冲震荡，体积描积箱等检测技术及模块，后期无法开展更深入的肺功能检测项目； 3、省内大部分医疗机构均采用的肺功能检测系统均为进口产品。	
三、专家论证意见	
进口产品采用压差式技术传感器，检测结果更精确，同时系统功能全面，后期可以开展更深入的肺功能检测项目，故可以采购进口产品。 专家签字：李树奇 2024年 11 月 13 日	