

单一来源采购方式专业人员论证意见表

项目信息	项目名称	新郑市公立人民医院飞利浦大C球管项目
	采购单位	新郑市公立人民医院
	项目预算金额	130 万
	论证地点、时间	新郑市公共资源交易中心 一 评标室， 2025 年 08 月 14 日 14: 00 分。
	拟成交供应商	河南熙福生物科技有限公司
单一来源事由及条件	新郑市公立人民医院介入手术室飞利浦大C于2018年6月投入使用,为介入手术开展必须设备,现已使用满7年,设备已超出免费质保期。 截止目前球管曝光已超过67万秒次,球管小焦点已损坏,存在随时停用的风险;为保证设备正常运行,确保医院介入手术的正常开展,现申请招标采购球管一只,以便现有球管故障可随时无缝更换,保障医院正常诊疗工作。鉴于我院飞利浦大C更换球管需与原机型相匹配,且球管产品匹配具有唯一性。依据《政府采购管理办法》,球管的采购方式拟采用单一来源招标方式进行采购。	
单一来源专业人员论证意见: 新郑市公立人民医院需更换的飞利浦大C球管要求与原型机相匹配,具有一定的唯一性,且供应商已获得生产商的独家授权,建议采用单一来源方式招标采购。		
专业人员签字	王赞	日期: 2025 年 8 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述, 正楷手工填写。