

单一来源采购方式专业人员论证意见表

项目信息	项目名称	新郑市公立人民医院飞利浦大C球管项目		
	采购单位	新郑市公立人民医院		
	项目预算金额	130万		
	论证地点、时间	新郑市公共资源交易中心 一 评标室， 2025年08月14日14:00分。		
	拟成交供应商	河南熙福生物科技有限公司		
单一来源事由及条件	新郑市公立人民医院介入手术室飞利浦大C于2018年6月投入使用,为介入手术开展必须设备,现已使用满7年,设备已超出免费质保期。 截止目前球管曝光已超过67万秒次,球管小焦点已损坏,存在随时停用的风险;为保证设备正常运行,确保医院介入手术的正常开展,现申请招标采购球管一只,以便现有球管故障可随时无缝更换,保障医院正常诊疗工作。鉴于我院飞利浦大C更换球管需与原机型相匹配,且球管产品匹配具有唯一性。依据《政府采购管理办法》,球管的采购方式拟采用单一来源招标方式进行采购。			
单一来源专业人员论证意见:				
根据提供的论证资料显示,新郑市公立人民医院介入手术室飞利浦大C使用已满7年,设备已超出免费质保期,球管自曝光已超过67万秒次,球管小焦点已损坏,另外更换球管需与原机型匹配,且球管产品匹配具有唯一性。根据《政府采购管理办法》,球管采购方式符合采用单一来源招标方式进行采购。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条要求,只能从唯一供应商处采购。				
专业人员签字	马玉静	日期:2025年8月14日		

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。