


单一来源采购方式专业人员论证意见表

项目信息	项目名称	新郑市公立人民医院飞利浦大 C 球管项目	
	采购单位	新郑市公立人民医院	
	项目预算金额	130 万	
	论证地点、时间	新郑市公共资源交易中心 <u>一</u> 评标室， 2025 年 08 月 14 日 14: 00 分。	
	拟成交供应商	河南熙福生物科技有限公司	
单一来源事由及条件	新郑市公立人民医院介入手术室飞利浦大 C 于 2018 年 6 月投入使用, 为介入手术开展必须设备, 现已使用满 7 年, 设备已超出免费质保期。 截止目前球管曝光已超过 67 万秒次, 球管小焦点已损坏, 存在随时停用的风险; 为保证设备正常运行, 确保医院介入手术的正常开展, 现申请招标采购球管一只, 以便现有球管故障可随时无缝更换, 保障医院正常诊疗工作。鉴于我院飞利浦大 C 更换球管需与原机型相匹配, 且球管产品匹配具有唯一性。依据《政府采购管理办法》, 球管的采购方式拟采用单一来源招标方式进行采购。		
单一来源专业人员论证意见: 经论证: 1. 采购人采购的飞利浦大 C 球管项目, 考虑到该设备的兼容性、使用性、安全性需与原使用的原机型相匹配, 才能保证该设备安全运行。2. 河南熙福生物科技有限公司为飞利浦(中国)投资有限公司的授权经销商。建议采用单一来源招标方式进行采购。			
专业人员签字			日期: 2025 年 8 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述, 正楷手工填写。