

政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	驻马店市中心医院
拟采购产品名称	高清内窥镜系统 1 套
拟采购产品金额	5150000.00 元
采购项目所属项目名称	驻马店市中心医院高清内窥镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	5150000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 随着医疗水平的快速发展，医疗设备的新技术、新方法、新办法的不断出现，为进一步增加我院医疗水平的先进性和治疗的准确性，现需购置高清内窥镜系统 1 套。进口高清内窥镜系统图像的清晰度及还原度都远高于国产品牌，对临床诊断及早癌筛查的帮助更大，目前国内产品还存在不足，经考察了解，进口品牌的高清内窥镜操作性更佳，便于更好的开展手术治疗。综上，为了满足广大患者的需求，更好的服务患者，特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
采购人采购高清内窥镜系统，对设备性能和质量及稳定性要求较高，技术要求具备近焦光学放大功能，近焦视野角≥130°。操作手柄遥控按钮≥5个，可连接与内镜同品牌的特大型电子胃肠镜、放大电子胃肠镜、双钳道电子胃镜、十二指肠镜等。目前国内同类产品无法完全满足，相比国内同类产品，进口产品性能稳定，图像清晰，操作性更佳。同时，该类产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品。 综上，同意采购进口设备。 专家签字：张河 2025 年 8 月 6 日	